学校給食食材の測定結果について

本校では、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生を受け生徒等の安全･安心の確保のため、学校給食における放射性物質について検査を実施していますので、その結果をお知らせします。

検査方法

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる検査

測定機械

EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（EMFジャパン株式会社製）

測定下限値

２５ベクレル/Kg（最低２５ベクレル/Kgまで計測できる状態であること）

※「測定結果」の数値には、ラドン又はセシウム、あるいはその両方が含まれている場合があります。

検査結果（当該測定機械による）

検査年月日	食材名	産地名	測定結果				備　考
			セシウム134	検出下限値	セシウム137	検出下限値	
R2.2.3	豚肉	福島県	検出せず	(<4.07)	検出せず	(<3.63)	
	キャベツ	愛知県	検出せず	(<5.87)	検出せず	(<5.23)	
	チンゲン菜	静岡県	検出せず	(<5.04)	検出せず	(<4.49)	
R2.2.4	白菜	茨城県	検出せず	(<4.12)	検出せず	(<3.67)	
	春菊	福島県	検出せず	(<4.31)	4.61	(<3.84)	
	鶏肉	青森県	検出せず	(<4.12)	検出せず	(<3.67)	
R2.2.5	きゅうり	高知県	検出せず	(<5.07)	検出せず	(<4.56)	
	しめじ	茨城県	検出せず	(<5.07)	検出せず	(<4.56)	
	鶏肉	青森県	5.65	(<5.07)	検出せず	(<4.56)	
R2.2.6	大根	千葉県	検出せず	(<4.12)	検出せず	(<3.68)	
	小松菜	福島県	検出せず	(<4.30)	検出せず	(<3.84)	石川産
	ほうれん草	福島県	検出せず	(<4.50)	4.39	(<4.02)	
R2.2.7	豆苗	埼玉県	検出せず	(<5.53)	検出せず	(<4.94)	
	エリンギ	長野県	検出せず	(<5.06)	検出せず	(<4.52)	
	鶏肉	岩手県	検出せず	(<5.06)	検出せず	(<4.52)	
R2.2.10	ネギ	茨城県	6.49	(<4.45)	検出せず	(<3.98)	
	もやし	福島県	検出せず	(<5.04)	検出せず	(<4.50)	郡山産
	豚肉	福島県	検出せず	(<5.04)	検出せず	(<4.50)	
R2.2.12	卵	福島県	検出せず	(<3.84)	検出せず	(<3.43)	浅川産
	鶏肉	岩手県	7.44	(<4.09)	検出せず	(<3.65)	
	椎茸	栃木県	検出せず	(<5.05)	検出せず	(<4.51)	
R2.2.13	鮭	チリ	検出せず	(<4.13)	検出せず	(<3.69)	
	大根	千葉県	検出せず	(<4.13)	検出せず	(<3.69)	
	レタス	茨城県	検出せず	(<4.31)	検出せず	(<3.86)	
R2.2.14	豚肉	福島県	検出せず	(<4.11)	検出せず	(<3.64)	
	白菜	茨城県	検出せず	(<5.08)	検出せず	(<4.49)	
	にら	茨城県	検出せず	(<5.55)	検出せず	(<4.91)	
R2.2.17	豚肉	新潟県	検出せず	(<4.09)	検出せず	(<3.63)	
	キャベツ	愛知県	4.99	(<4.27)	検出せず	(<3.80)	
	ネギ	茨城県	5.12	(<4.47)	検出せず	(<3.97)	

検査年月日	食材名	産地名	測定結果				備　考
			セシウム134	検出下限値	セシウム137	検出下限値	
R2.2.18	鮭	チリ	検出せず	(＜4.14)	検出せず	(＜3.69)	
	鶏肉	北海道	検出せず	(＜4.14)	3.75	(＜3.69)	
	きゅうり	茨城県	検出せず	(＜4.14)	検出せず	(＜3.69)	
R2.2.19	豚肉	福島県	検出せず	(＜4.12)	検出せず	(＜3.73)	
	もやし	福島県	検出せず	(＜4.12)	6.26	(＜3.73)	郡山産
	ほうれん草	福島県	検出せず	(＜4.30)	検出せず	(＜3.89)	
R2.2.20	卵	福島県	検出せず	(＜4.78)	検出せず	(＜4.28)	浅川産
	豚肉	新潟県	検出せず	(＜5.09)	検出せず	(＜4.55)	
	白菜	茨城県	検出せず	(＜5.09)	検出せず	(＜4.55)	
R2.2.21	えのき	新潟県	検出せず	(＜5.07)	検出せず	(＜4.54)	
	水菜	茨城県	検出せず	(＜5.54)	検出せず	(＜4.96)	
	ピーマン	茨城県	検出せず	(＜5.96)	検出せず	(＜5.33)	
R2.2.25	白菜	茨城県	検出せず	(＜4.03)	検出せず	(＜3.62)	
	チンゲン菜	静岡県	検出せず	(＜7.24)	検出せず	(＜6.49)	
	豚肉	福島県	検出せず	(＜4.03)	検出せず	(＜3.62)	
R2.2.26	しめじ	茨城県	検出せず	(＜4.10)	検出せず	(＜3.68)	
	ミニトマト	愛知県	検出せず	(＜4.10)	検出せず	(＜3.68)	
	豚肉	新潟県	検出せず	(＜4.10)	検出せず	(＜3.68)	
R2.2.27	鮭	チリ	検出せず	(＜4.09)	検出せず	(＜3.66)	
	鶏肉	北海道	検出せず	(＜4.09)	検出せず	(＜3.66)	
	牛肉	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ	検出せず	(＜4.09)	検出せず	(＜3.66)	

〇食品中(一般食品)の放射性物質の基準値(一般成人):100ベクレル/Kg(厚生労働省)